ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN Y CÁLCULO DEL COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

Si se desea agregar un equipo nuevo a la base de datos para el cálculo, este debe incluir nombre, modelo, marca, código interno, serie y servicio al cuál pertenece.

PRIMER PASO

HORAS MANO DE OBRA

Solo se tienen en cuenta las horas de trabajo de mantenimientos preventivos y correctivos.
Se verifica el tiempo con los trabajos realizados.

Órdenes asociadas

Total de registros : 5 / 11

Tipo	Servicio	Fecha Ini. T:	Fecha Fin.T	Descripción
		2021		
Cronograma: 2707	Evaluación de medicio...	2021-01-13 08:00:00	2021-01-13 09:00:00	EVALUACIÓN DE MEDICIONES
Cronograma: 3560	Preventivo	2021-03-09 12:00:00	2021-03-09 14:00:00	Se realiza mantenimiento prevo
Cronograma: 3822	Evaluación de medicio...	2021-07-19 07:00:00	2021-07-19 08:00:00	EVALUACIÓN DE MEDICIONES
Cronograma: 3578	Preventivo	2021-10-11 08:00:00	2021-10-11 11:00:00	Se lleva a cabo mantenimiento p
Solicitud: 8644, Equipos Biomédi...	Correctivo	2021-12-30 10:00:00	2021-12-30 13:30:00	El equipo es entregado en buena

Se deben diligenciar las siguientes tres columnas en la hoja que corresponde al mes indicado a la fecha en las órdenes con la información anterior.

Tiempo de mantenimiento preventivo (Horas)	Total de mantenimientos correctivos efectuados	Tiempo de mantenimiento correctivo (Horas)
0	0	0

SEGUNDO PASO

REPUESTOS

Del archivo "solicitud de repuestos" se extrae el costo asociado de cada uno y se le asigna al equipo que corresponde.

FECHA SOLICITU	SERVICIO	REPUESTO	CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	VALOR
15/01/2021	UCC	Palas adulto	4	Desfibrilador	Nihon Kohden	TEC-5521E	121	$ 940.383
27/01/2021	CIRUGIA	Valva Miller00	1	Videolaringoscopio	Hugemed	VL3R	R190900271	$ 2.270.000
18/01/2021	AYUDAS DIAGNOSTICAS	sensor clip negro para pletismografo	1	PLETISMOGRAFO	Viasonix	FALCON/PRO	VP22314	$ 530.000
20/01/2021	UCI ADULTOS	Valvas para laringoscopio curva N°3; N°4	2 de cada referencia	Laringoscopio	WELCH ALLYN	N/A	60813	$ 990.080
21/01/2021	HEMODINAMICA	Sensor de flujo	1	Maquina de anestesia	DATEX OHMEDA	S/5 AESPIRE 7900 C	ANCL00258	$ 1.368.500
2/02/2021	UCC	Pantalla tactil BSM23	2	Monitor de signos vitales	Nihon Kohden	BSM-2353K	1802	$ 2.059.262
2/02/2021	HOSPITALIZACION PRIMER PISO	Pantalla tactil 2701	1	Monitor de signos vitales	Nihon Kohden	PV-2701	2819	$ 568.469
4/02/2021	UCC	Tarjeta electronica fuente de poder	1	Electrocardiografo	Nihon Kohden	CARDIOFAX 1250K	1556	$ 2.421.639

Se debe diligenciar la siguiente columna en la hoja que corresponde al mes indicado a la fecha en el archivo de solicitud con la información anterior.

Costo total de repuestos
$0

TERCER PASO

CONTRATOS

Del archivo "Contratos Proveedores" se obtiene el costo del soporte técnico que corresponde a ciertos equipos que tienen este tipo de convenio.

Se debe diligenciar la siguiente columna en la hoja que corresponde al mes indicado a la fecha en el archivo de Contratos Proveedores con la información anterior.

Costo del contrato con proveedor externo
$0